



生物素测定培养基使用说明书

【货号】 CM1407

【用途】

用于食品中生物素的测定。(GB 标准)

【规格】 100g/瓶

【成分】 见 GB 5009.259。

【用法】

称取 74.9g 于 1L 蒸馏水中，溶解后分装试管(无需加热)，每管 5mL，加入标准品或测试样品，用蒸馏水调整体积至 10mL，121℃高压灭菌 5min 备用(试管法)；如用于微孔板法，可将检测体积等比例缩小，按照上述称量数配制所需培养基，溶解后于 121℃高压灭菌 5min 备用。

注：根据培养基的实际用量，称取相应比例的干粉进行配制。

【质量控制】 参见质控报告。

【保存】

密封保存于阴凉干燥处。

注：为防止干粉结块变色，建议 2-8℃冷藏保存。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>，在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。